

5 KATLI MALZEME TAŞIMA ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. Bu teknik şartname, hastanelerde ve sağlık tesislerinde kullanılmak üzere malzeme taşıma arabasının teknik özelliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
- 1.2. Malzeme taşıma arabası, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve laboratuvar gibi alanlarda kullanılacaktır.
- 1.3. Ürün, sağlık personelinin tıbbi malzemeleri düzenli ve güvenli şekilde taşımaya olanak sağlamalıdır.
- 1.4. Yapı olarak sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 1.5. Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeylere sahip olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Ürünün genel ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
 - Derinlik: 460 mm (± 10)
 - Genişlik: 670 mm (± 10)
 - Yükseklik: 1420 mm (± 10)
- 2.2. Gövde malzemesi dayanıklı ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3. Üst tabla malzemesi ABS plastik olmalıdır.
- 2.4. Şase (alt iskelet) malzemesi ABS plastik olmalıdır.
- 2.5. Araba üzerinde 5 adet raf bulunmalıdır.
- 2.6. Raflar malzeme taşımaya uygun genişlik ve derinlikte olmalıdır.
- 2.7. Raf ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
 - İçten içe:
 - Genişlik: 545 mm (± 10)
 - Derinlik: 400 mm (± 10)
 - Yükseklik: 25 mm (± 10)
 - Dıştan dışa:
 - Genişlik: 670 mm (± 10)
 - Derinlik: 460 mm (± 10)
- 2.8. Arabada 4 adet 75 mm çapında kauçuk tekerlek bulunmalıdır.
- 2.9. Tekerleklerin en az 2 tanesi frenli olmalıdır.
- 2.10. Tekerlerinin fren tertibatında paslanma ve korozyon açısından metal vb. türevleri kullanılmamalıdır.
- 2.11. Arabada ergonomik bir itme kulpu bulunmalıdır.
- 2.12. Gövde ve parçalar gri ve beyaz renk opsiyonlarıyla sunulmalıdır.
- 2.13. Yüzeyler deterjanlarla silinmeye ve suya dayanıklı olmalıdır.

3. OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 3.1. Malzeme sepeti opsiyonel olarak sunulmalıdır.
- 3.2. Koruyucu bariyer, alt ve üst raflara uygulanabilir şekilde opsiyonel olmalıdır.
- 3.3. Alt ve üst raflar opsiyonel olarak bariyerli sunulabilmelidir.

4. KULLANIM ALANLARI

- 4.1. Araba, ameliyathane içinde tıbbi cihaz ve malzeme taşımak için kullanılabilir olmalıdır.
- 4.2. Yoğun bakım ünitelerinde hastaya özel ekipmanların taşınmasını sağlamalıdır.
- 4.3. Acil servislerde hızlı müdahale için gerekli malzemelerin taşınmasına uygun olmalıdır.
- 4.4. Laboratuvarlarda test ve analiz malzemelerinin güvenli taşınmasına olanak sağlamalıdır.
- 4.5. Diğer hastane birimlerinde genel malzeme taşımacılığına uygun olmalıdır.

5. GARANTİ VE SERVİS

- 5.1. Ürün, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 5.2. Yedek parça temini en az 5 yıl süreyle sağlanmalıdır.

6. TESLİMAT VE KURULUM

- 6.1. Teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 takvim günü olmalıdır.